

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЯМ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МР- ИССЛЕДОВАНИЙ

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- 1-й триместр беременности.
- Состояние после клипирования сосудов, в первую очередь сосудов головного мозга – если клипсы магнитные, либо не известен металл, из которого сделаны клипсы.
- Наличие магнитных (металлизированных) и электронных имплантатов среднего уха (не слуховой аппарат).
- Наличие медицинских металлоконструкций при переломах опорно-двигательного аппарата (например – аппарат Илизарова)
- Наличие инсулиновых помп.
- Наличие «свежих» или множественных инородных тел мягких тканей, органов: пули, осколки.
- Общее «тяжелое» состояние:
 - Коматозное или бессознательное состояние
 - Выраженные интоксикации (в том числе и алкогольная)
 - Лихорадочные состояния (с подъемом температуры, ознобом)
 - Психическая неадекватность
 - Выраженная сердечно-сосудистая или легочная недостаточность

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЯМ



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Наличие ЭКС и других имплантируемых устройств в сердце – на исследование иметь при себе паспорт устройства, с указанием МР-совместимости прибора.
- Наличие коронарных стентов – можно проводить исследование через 3 месяца.
- Наличие протезов клапанов сердца – можно проводить исследование через 6 месяцев.
- После операции на сердце (или органов грудной клетки) со стернальными проволоочными швами – можно проводить исследование через 6 месяцев.
- Наличие медицинских имплантатов, изготовленных из немагнитных материалов (титан, тантал, кобальт, хром, молибден) – можно проводить исследование, если имеется документ (сертификат) на установленный имплант.



Записаться на обследование можно по телефону +7 (495) 645-00-54 или через мессенджеры.

Наши специалисты подберут удобный день и помогут с подготовкой к обследованию.